

Informace pro

Určeno pro: **Lékaře, zdravotní sestry**

Změna referenčního intervalu u protilátek proti mikrosomům štítné žlázy (aTPO)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vás informovali, že na základě změny při stanovení **protilátek proti mikrosomům štítné žlázy (aTPO)** došlo od **18.03.2025** ke **snížení horního referenčního intervalu** u tohoto vyšetření.

Nové referenční meze:

Věk od	Věk do	Horní ref. mez	Jednotka
0D	99R+	<13,8	kU/L

Původní referenční meze:

Věk od	Věk do	Horní ref. mez	Jednotka
0D	99R+	<60	kU/L

Výsledky s hodnotou aTPO větší než měřicí interval metody budou vydávány s hodnotou **> 400 kU/L** (oproti stávající > 1300 kU/L).

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Kolektiv pracovníků ÚLM FNO.



Fakultní nemocnice Ostrava

Ústav laboratorní medicíny, OKB

17. listopadu 1790/5 / 708 52 Ostrava-Poruba
Telefon: +420 597 371 111 / Fax: +420 596 917 340
E-mail: posta@fno.cz / www.fno.cz

Zdravotnická laboratoř č M8026 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO 15189

