Informace pro zaměstnance FNO

Určeno pro: lékaře a sestry

Vyšší koncentrace sIL2R v séru při stanovení novými šaržemi soupravy

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolujeme si oznámit, že nové šarže soupravy výrobce Siemens Healthineers, počínaje šarží používanou v naší laboratoři od 9. 10. 2026, poskytují oproti předchozím šaržím vyšší koncentrace sIL2R, a to průměrně o 30 %.
Reanalýza náhodně vybraných 11 vzorků, které byly vyšetřeny do uvedeného data a poté znovu po zavedení nové šarže soupravy, ukázala zvýšené hodnoty průměrně o 30 % (±16 %) s rozptylem +0,7 – +57,3 %.
Na zvýšení koncentrací se může podílet také opakované zamražení/rozmražení vzorku. Přesto v souladu s upozorněním výrobce je třeba s možností zvýšených koncentrací počítat. **Při sledování pacientů proto doporučujeme považovat zvýšení koncentrace ve vzorku vyšetřeném v naší laboratoři 9. 10. 2026 nebo později o méně než 50 % oproti předchozí hodnotě stanovené v naší laboratoři do 8. 10. 2026 za neprůkazné.**

S pozdravem

MUDr. Ing. David Zeman, Ph.D.
VŠ úseku laboratorní imunologie a alergologie
Tel. 59 737 4057

Mgr. Markéta Ryzí
Vedoucí Úseku imunologie ÚLM
Tel. 59 737 4121

MUDr. Věra Ploticová
Lékař OKB ÚLM
Tel. 59 737 4107

Prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA
Přednosta ÚLM
Tel. 59 737 4646

V Ostravě: .....

Prof. MUDr.David Stejskal, Ph.D., MBA

prof. MUDr. David Stejskal Ph.D.

Digitálně podepsal prof. MUDr. David Stejskal Ph.D.
DN: cn=prof. MUDr. David Stejskal Ph.D., givenName=David, sn=Stejskal, o=Fakultní nemocnice Ostrava, 2.5.4.97=NTRCZ-00843989, c=CZ, ou=11151, serialNumber=ICA - 10782190
Datum: 2026.10.29 12:12:10 +01'00'

Fakultní nemocnice Ostrava

Ústav laboratorní medicíny, OKB

17. listopadu 1790/5 / 708 52 Ostrava-Poruba
Telefon: +420 597 371 111 / Fax: +420 596 917 340
E-mail: posta@fno.cz / www.fno.cz
Zdravotnická laboratoř č M8026 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO 15189

M 8026